

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月17日

報表日期: 114年10月17日

[illegible]

報表日期: 114年10月17日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.52	10.96	56.59	1.74	18.87	9.49	1.36	76711.67
1	8.28	11.35	59.18	1.75	20.10	9.47	1.38	76808.32
2	9.10	13.70	35.88	1.88	18.37	8.87	1.39	79154.19
3	11.16	11.44	41.39	2.26	18.40	9.10	1.40	79300.67
4	5.85	11.99	45.96	1.90	15.97	9.82	1.41	73624.65
5	4.94	12.53	65.76	2.26	15.55	10.85	1.43	66761.79
6	5.92	11.85	56.70	1.92	15.88	10.30	1.42	71479.92
7	8.42	10.91	58.89	1.87	17.29	9.53	1.41	72499.39
8	9.75	11.52	58.82	2.19	16.54	9.74	1.41	78389.70
9	8.75	13.02	49.47	2.16	16.81	9.21	1.37	76831.77
10	10.47	14.19	59.71	3.07	14.57	10.41	1.38	67695.83
11	7.83	12.08	49.65	2.03	16.23	9.34	1.33	75654.04
12	9.18	12.02	57.68	1.92	16.57	9.55	1.34	76513.37
13	10.32	11.00	67.30	2.08	18.76	9.37	1.36	77689.60
14	9.53	11.98	45.31	3.41	17.90	9.19	1.36	78261.48
15	8.84	12.36	48.98	2.03	17.02	9.68	1.36	75508.62
16	6.75	12.48	45.52	1.71	17.01	9.17	1.35	75164.16
17	9.63	11.27	52.10	2.03	15.87	9.59	1.35	75830.83
18	9.81	13.61	49.53	2.54	17.20	9.24	1.38	76909.09
19	8.80	12.37	47.31	1.74	17.32	9.21	1.40	76264.12
20	8.87	14.48	47.00	1.96	17.10	9.21	1.37	76293.14
21	10.48	13.38	55.98	2.20	16.91	9.44	1.37	79439.41
22	10.06	13.71	66.25	2.03	16.22	10.31	1.36	83089.08
23	8.54	13.88	65.96	1.77	16.97	10.42	1.36	83399.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.70	12.42	53.62	2.10	17.06	9.60	1.38	76219.75
最 大 值	11.16	14.48	67.30	3.41	20.10	10.85	1.45	83399.13
發生時間	3	20	13	14	1	5		23
最 小 值	4.94	10.91	35.88	1.71	14.57	8.87	1.31	66761.79
發生時間	5	7	2	16	10	2		5
零點偏移(率)	-0.01 %	0.01 %	-0.12 %	-0.02 %		0.00	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.29 %	0.23 %	0.14 %	-0.57 %		0.34	0.04	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								