

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月27日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.23	3.44	51.72	0.40	19.58	11.13	1.55	78539.72
1	9.31	4.43	49.43	0.58	18.88	11.32	1.55	77312.44
2	4.24	2.86	61.82	0.25	20.43	11.38	1.57	75722.51
3	7.02	3.25	45.77	0.38	20.12	10.96	1.55	79044.56
4	9.41	4.72	51.03	0.54	19.26	11.09	1.55	78979.10
5	8.94	5.22	57.49	0.80	18.10	11.97	1.52	76446.88
6	6.98	4.65	60.92	0.79	17.64	12.49	1.56	69124.81
7	1.42	3.71	57.44	0.77	18.29	12.33	1.59	69808.61
8	3.90	0.54	51.30	0.36	20.07	11.07	1.51	78249.77
9	4.85	0.89	42.69	0.57	19.00	11.31	1.47	76857.76
10	2.34	3.49	51.58	0.56	18.80	11.42	1.50	76634.51
11	6.05	8.63	47.34	0.91	18.49	11.26	1.52	78093.28
12	8.52	1.35	46.28	0.95	17.57	11.48	1.51	76706.52
13	5.24	6.84	44.52	1.06	17.13	11.67	1.51	75332.62
14	6.88	1.41	47.38	0.72	18.43	11.28	1.44	77926.87
15	8.53	3.17	45.64	1.07	16.92	11.59	1.42	75742.53
16	10.15	2.30	45.30	1.37	16.40	11.84	1.41	74602.45
17	8.78	1.00	60.27	2.12	18.95	11.60	1.41	75035.83
18	9.97	1.56	45.60	2.07	19.04	11.25	1.41	77669.11
19	11.23	7.81	43.85	2.51	17.59	11.46	1.41	75858.99
20	11.94	2.40	44.64	2.51	18.27	11.21	1.41	77865.15
21	9.32	2.07	48.83	2.25	18.42	11.65	1.41	74354.90
22	10.03	1.37	50.36	2.09	19.51	11.34	1.41	76413.70
23	10.12	2.55	55.04	1.51	18.98	11.35	1.41	76906.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.68	3.32	50.26	1.13	18.58	11.48	1.48	76217.88
最大值	11.94	8.63	61.82	2.51	20.43	12.49	1.74	79044.56
發生時間	20	11	2	19	2	6		3
最小值	1.42	0.54	42.69	0.25	16.40	10.96	1.40	69124.81
發生時間	7	8	9	2	16	3		6
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.97 %	0.07 %	-0.51 %	0.10 %		0.47	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月27日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.35	3.48	56.69	1.80	16.79	10.55	1.34	67033.55
1	8.99	3.53	59.86	1.49	17.60	10.43	1.35	67386.41
2	12.12	2.58	66.94	1.77	17.47	11.56	1.34	60109.93
3	6.59	4.15	50.59	1.67	16.93	10.48	1.33	67182.26
4	9.48	1.90	63.87	1.98	16.54	11.37	1.33	62205.40
5	2.53	9.65	58.90	2.48	14.25	12.93	1.47	53547.71
6	10.21	1.58	64.58	4.45	16.52	10.44	1.39	58883.71
7	10.00	3.46	54.48	2.84	15.05	10.60	1.39	68046.90
8	5.99	1.10	60.66	1.70	16.61	10.67	1.38	65039.07
9	9.30	3.07	53.50	2.04	15.83	10.29	1.40	67159.81
10	10.68	3.97	59.35	2.72	13.79	11.25	1.43	64374.45
11	9.84	3.45	58.93	2.25	14.86	10.98	1.45	64787.72
12	10.41	1.95	60.27	2.57	15.55	11.04	1.44	65012.46
13	10.61	3.78	60.16	3.48	16.21	10.51	1.42	67114.27
14	3.05	0.71	58.69	1.85	15.11	11.01	1.44	63942.90
15	2.74	1.25	55.62	1.91	15.63	10.99	1.41	64057.11
16	11.00	0.69	65.29	1.81	17.52	10.50	1.39	66774.30
17	8.83	2.63	57.46	2.15	15.60	10.89	1.38	66384.48
18	8.55	1.05	61.78	1.69	17.58	10.51	1.38	66422.71
19	10.59	9.47	55.72	2.04	16.93	10.39	1.38	66902.69
20	11.74	4.55	60.81	2.59	14.91	10.71	1.38	64111.68
21	11.24	7.47	55.46	2.51	14.96	11.05	1.38	62972.33
22	9.66	1.62	60.45	2.08	16.50	10.71	1.38	65666.40
23	9.66	3.45	56.17	2.01	16.80	10.66	1.38	66781.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.88	3.36	59.01	2.24	16.06	10.85	1.39	64662.49
最大值	12.12	9.65	66.94	4.45	17.60	12.93	1.99	68046.90
發生時間	2	5	2	6	1	5		7
最小值	2.53	0.69	50.59	1.49	13.79	10.29	1.33	53547.71
發生時間	5	16	3	1	10	9		5
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.67 %	-0.14 %	-0.60 %	0.17 %		0.32	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月27日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.33	4.55	55.78	1.55	14.83	11.02	1.31	84830.95
1	5.88	8.05	59.79	2.05	14.03	11.53	1.33	80900.86
2	9.64	1.47	55.36	1.87	15.21	11.34	1.33	83106.16
3	7.75	6.74	58.01	1.97	14.39	11.23	1.31	84104.85
4	12.91	2.55	62.55	1.88	14.75	11.90	1.33	80784.26
5	2.24	7.25	51.15	1.84	15.21	11.70	1.34	82188.29
6	4.97	4.04	55.25	1.57	15.45	10.65	1.35	91713.05
7	10.19	3.28	59.02	2.41	13.92	11.29	1.36	79756.46
8	1.88	1.19	61.62	1.99	14.57	11.31	1.36	86211.34
9	9.65	10.77	58.70	3.86	14.51	11.08	1.38	85888.23
10	5.75	3.38	52.95	2.82	13.40	11.19	1.39	80680.66
11	2.99	4.47	54.94	2.56	12.98	11.22	1.40	81458.82
12	6.16	1.88	58.54	4.49	13.62	11.56	1.38	83045.02
13	5.48	5.05	52.94	3.20	12.82	11.27	1.39	82638.14
14	8.32	8.34	54.39	3.76	12.02	11.63	1.90	78129.56
15	7.24	3.25	56.00	2.96	13.30	11.36	1.89	80857.71
16	7.75	2.37	61.11	2.47	14.40	11.43	1.89	81558.51
17	5.54	1.46	56.18	2.06	14.61	11.31	1.85	83377.07
18	5.58	3.06	58.72	2.25	14.65	11.49	1.85	79804.18
19	10.42	2.72	58.86	2.38	14.94	11.06	1.85	84845.28
20	11.72	2.73	53.25	2.96	13.85	11.23	1.85	82960.77
21	9.45	4.13	55.45	2.56	14.37	11.08	1.85	83999.33
22	8.07	3.51	56.41	2.54	14.44	11.33	1.86	84007.23
23	9.91	3.04	58.10	2.03	15.56	11.23	1.87	85366.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.20	4.14	56.88	2.50	14.24	11.31	1.57	83008.90
最大值	12.91	10.77	62.55	4.49	15.56	11.90	1.91	91713.05
發生時間	4	9	4	12	23	4		6
最小值	1.88	1.19	51.15	1.55	12.02	10.65	1.30	78129.56
發生時間	8	8	5	0	14	6		14
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.56 %	0.13 %	-0.71 %	0.08 %		0.57	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								