

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月02日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.98 %	-0.10 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.09 %	-0.37 %	-0.23 %		0.10	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月02日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.96	3.52	44.61	1.26	18.66	9.81	1.45	86236.70
1	3.48	7.39	43.07	0.94	20.35	9.33	1.45	88778.18
2	3.77	3.70	49.60	1.26	19.16	9.70	1.45	88091.75
3	3.19	4.15	50.02	1.42	18.33	9.89	1.45	86693.38
4	4.19	3.46	53.94	1.55	18.30	10.09	1.44	85906.74
5	7.31	4.94	54.78	2.07	17.16	10.16	1.44	86750.36
6	5.08	3.68	58.82	1.99	16.56	10.39	1.47	81092.34
7	4.98	3.05	58.33	1.67	17.76	10.24	1.47	84879.64
8	6.63	4.29	44.26	1.57	19.35	9.52	1.43	89389.33
9	4.63	3.72	48.15	1.59	17.50	10.01	1.45	84974.16
10	5.41	2.94	56.61	1.75	16.56	10.12	1.43	84446.03
11	3.00	3.29	52.47	1.57	16.62	10.37	1.45	86576.13
12	4.13	3.83	59.11	1.87	15.88	10.54	1.47	84702.22
13	4.58	4.05	51.19	1.52	18.41	9.88	1.46	84672.84
14	3.65	5.54	52.41	1.22	18.63	9.43	1.45	86294.17
15	9.82	8.64	48.22	2.10	17.50	9.60	1.46	82702.69
16	9.55	6.61	48.14	2.11	17.53	9.57	1.46	83813.84
17	9.39	3.25	56.53	2.28	16.40	10.08	1.46	85158.73
18	8.33	1.94	55.70	1.77	17.64	9.86	1.45	84979.35
19	4.48	2.15	50.11	0.93	19.72	9.49	1.45	87525.16
20	9.76	4.43	54.39	2.24	18.71	9.66	1.44	88938.81
21	10.60	2.01	56.19	1.76	18.54	9.76	1.42	88698.64
22	9.64	2.28	52.34	1.77	18.24	9.95	1.41	87150.21
23	8.38	3.03	56.13	1.13	19.52	9.75	1.42	86307.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.16	4.00	52.30	1.64	18.04	9.88	1.45	86031.60
最大值	10.60	8.64	59.11	2.28	20.35	10.54	1.53	89389.33
發生時間	21	15	12	17	1	12		8
最小值	3.00	1.94	43.07	0.93	15.88	9.33	1.40	81092.34
發生時間	11	18	1	19	12	1		6
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.33 %	-0.35 %	0.23 %		-0.04	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月02日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.35	8.04	55.94	2.57	16.82	10.45	1.43	83143.34
1	9.75	6.40	65.28	2.69	18.60	9.97	1.43	89058.04
2	8.20	6.43	54.66	2.24	18.41	10.18	1.43	87292.21
3	7.32	6.32	60.44	2.36	18.87	10.33	1.45	88113.95
4	8.77	5.91	62.34	2.61	16.68	10.67	1.44	85833.30
5	10.07	4.46	61.01	2.71	16.31	10.79	1.44	83940.94
6	10.05	4.40	63.72	2.88	15.67	10.86	1.44	84843.88
7	8.33	5.44	56.45	3.14	14.96	11.03	1.42	91592.77
8	7.06	1.70	62.96	2.64	16.68	10.69	1.42	85693.13
9	9.66	3.08	60.62	2.85	16.63	10.57	1.42	85223.76
10	7.88	2.60	59.65	2.70	15.85	10.67	1.41	84834.18
11	6.07	2.51	67.91	2.64	15.61	11.02	1.43	82692.52
12	6.07	3.27	62.95	3.19	14.06	11.20	1.42	81751.60
13	6.71	5.48	70.46	3.49	14.61	11.52	1.39	78439.48
14	4.89	3.95	58.57	2.41	18.18	10.15	1.38	89252.83
15	7.83	3.55	63.05	2.53	16.17	10.61	1.40	84408.16
16	7.23	2.09	60.80	2.63	16.24	10.55	1.41	83342.83
17	8.67	3.29	62.71	2.82	15.92	10.64	1.42	83539.09
18	5.24	3.40	60.94	2.41	16.45	10.45	1.41	83457.83
19	5.51	2.48	64.72	2.37	17.38	10.26	1.41	85732.83
20	6.28	4.23	52.17	2.40	16.18	10.56	1.38	83338.09
21	6.89	3.39	66.88	2.73	17.21	10.24	1.38	86588.07
22	9.03	2.45	62.08	2.77	16.88	10.57	1.38	84386.85
23	8.57	3.98	61.31	2.60	17.98	10.30	1.39	85736.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.73	4.12	61.57	2.68	16.60	10.59	1.41	85093.16
最大值	10.07	8.04	70.46	3.49	18.87	11.52	1.46	91592.77
發生時間	5	0	13	13	3	13		7
最小值	4.89	1.70	52.17	2.24	14.06	9.97	1.38	78439.48
發生時間	14	8	20	2	12	1		13
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.08 %	0.17 %	-0.47 %	0.14 %		0.06	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								