P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年08月03日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.27	7.88	45.12	3.10	15.81	11.58	1.20	80730.52
1	28.98	6.66	48.35	4.76	15.92	11.75	1.20	79172.05
2	11.51	6.43	53.63	3.06	17.06	11.49	1.20	80258.12
3	2.05	6.42	49.46	1.96	17.67	11.40	1.20	80985.79
4	0.15	6.56	56.18	1.59	18.32	11.44	1.20	79432.06
5	2.26	12.58	48.07	2.12	17.02	11.27	1.20	86385.88
6	6.38	14.10	55.72	2.54	17.61	11.34	1.20	80796.37
7	7.43	14.37	52.70	3.71	16.69	11.56	1.21	80075.61
8	14.00	14.15	55.20	5.76	16.66	11.53	1.23	80407.63
9	3.97	14.00	54.87	3.91	17.50	11.10	1.22	83240.26
10	9.54	14.24	55.44	5.51	17.76	11.47	1.21	80228.25
11	9.89	14.19	40.07	6.28	17.32	11.37	1.20	80578.51
12	9.38	13.93	39.14	6.36	17.46	11.26	1.20	80268.58
13	6.81	13.72	42.79	4.21	17.94	10.96	1.18	81652.58
14	5.53	13.91	50.22	3.40	19.23	10.95	1.18	80799.63
15	6.83	13.96	50.13	5.61	16.82	11.34	1.18	79307.90
16	4.71	13.71	39.81	6.95	17.91	10.92	1.18	82056.83
17	2.37	13.97	37.49	4.12	16.06	11.45	1.18	79087.60
18	4.62	13.90	45.52	3.36	17.66	11.20	1.18	81333.29
19	4.88	14.75	59.36	2.50	17.92	11.82	1.19	76943.67
20	2.29	13.41	41.15	1.98	18.77	10.70	1.19	84687.28
21	4.97	13.61	43.85	3.10	18.26	10.87	1.18	83917.70
22	7.85	13.57	56.82	3.43	18.85	10.86	1.19	83229.54
23	8.34	13.91	59.00	3.88	17.67	11.12	1.20	82321.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.96	12.41	49.17	3.88	17.50	11.28	1.20	81162.38
最 大 值	28.98	14.75	59.36	6.95	19.23	11.82	1.23	86385.88
發生時間	1	19	19	16	14	19		5
最 小 值	0.15	6.42	37.49	1.59	15.81	10.70	1.18	76943.67
發生時間	4	3	17	4	0	20		19
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.25 %	-0.51 %	-0.11 %	-0.34 %		-0.03	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年08月03日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.72	13.20	53.38	3.28	15.32	11.57	0.92	80456.73
1	8.04	12.60	47.44	1.64	17.89	11.16	0.91	81922.74
2	6.46	13.01	57.28	1.31	16.62	11.72	0.90	78100.61
3	6.28	13.58	59.98	1.34	16.55	12.07	0.91	75041.05
4	6.59	12.81	55.71	1.17	17.10	11.52	0.92	79056.56
5	9.90	12.47	60.06	2.32	16.77	11.28	0.92	81188.87
6	10.09	11.60	64.79	3.23	16.21	11.35	0.90	78224.05
7	3.73	12.75	56.05	3.16	17.29	11.30	0.89	80323.32
8	4.36	12.92	35.75	3.24	16.74	11.26	0.89	80788.29
9	3.80	12.35	42.55	5.06	17.44	11.00	0.91	82574.99
10	2.15	12.39	63.51	2.66	17.52	11.11	0.89	81422.30
11	2.55	12.33	63.14	2.15	17.22	11.13	0.88	80980.83
12	1.29	12.60	61.88	2.09	16.87	11.36	0.89	79639.19
13	1.45	12.15	57.65	1.72	18.37	10.81	0.89	82336.28
14	2.02	12.34	42.04	2.58	17.25	11.10	0.88	80762.34
15	1.41	12.33	55.09	1.75	17.88	11.03	0.89	80335.26
16	2.12	12.14	61.95	1.72	19.05	10.55	0.88	83705.66
17	1.90	12.81	62.23	2.72	17.48	10.35	0.86	86766.69
18	5.15	12.17	62.19	1.19	18.30	10.80	0.87	82551.05
19	10.15	12.16	49.05	1.59	19.06	10.51	0.88	84641.37
20	4.04	12.48	44.40	1.88	17.59	10.81	0.86	83411.64
21	7.51	12.45	43.86	2.14	18.03	10.91	0.86	82307.09
22	11.03	12.86	58.35	1.85	18.96	10.78	0.88	82442.66
23	2.34	12.86	58.53	1.33	18.15	11.40	0.88	77988.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.00	12.56	54.87	2.21	17.49	11.12	0.89	81123.68
最 大 值	11.03	13.58	64.79	5.06	19.06	12.07	0.99	86766.69
發生時間	22	3	6	9	19	3		17
最 小 值	1.29	11.60	35.75	1.17	15.32	10.35	0.85	75041.05
發生時間	12	6	8	4	0	17		3
零點偏移(率)	-0.05 %	0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		0.01	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-1.02 %	-1.19 %	0.99 %	-0.96 %		-0.03	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年08月03日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.57	12.02	45.22	1.28	17.10	10.82	1.41	76920.36
1	1.97	12.21	48.24	1.26	17.10	10.97	1.40	74138.21
2	0.13	11.95	42.83	0.84	18.02	10.64	1.44	75514.29
3	1.11	11.65	41.14	0.85	18.54	10.35	1.46	76791.00
4	3.58	11.63	39.96	0.91	18.13	10.35	1.44	77258.46
5	3.65	11.71	37.98	0.88	17.45	10.53	1.43	74031.28
6	4.84	9.12	27.10	3.81	19.94	8.47	1.44	79259.34
7	2.47	11.63	22.97	1.87	18.33	無效	1.44	74796.49
8	3.72	9.71	35.74	0.90	17.67	無效	1.48	85932.71
9	校正	校正	校正	校正	替代	無效	1.44	83668.47
10	校正	校正	校正	校正	替代	無效	1.42	75318.20
11	2.58	5.37	41.99	3.18	19.51	8.18	1.44	74028.22
12	1.48	10.46	56.43	1.40	19.31	8.16	1.46	75523.92
13	1.94	9.84	50.45	0.31	19.90	8.25	1.42	73447.81
14	0.94	9.87	43.85	0.27	19.14	8.35	1.41	73565.41
15	0.47	10.00	46.76	0.27	18.61	8.62	1.43	73277.79
16	0.83	10.18	55.43	0.29	18.73	8.85	1.44	75325.43
17	0.63	10.30	59.57	0.29	18.71	9.01	1.42	77287.64
18	0.93	10.48	55.76	0.31	19.31	9.13	1.43	75965.21
19	0.73	10.45	50.71	0.29	19.42	9.06	1.47	78569.15
20	0.66	10.83	54.75	0.29	18.56	9.57	1.44	78164.52
21	0.73	10.99	57.22	0.31	18.26	9.82	1.43	76750.56
22	0.70	10.96	59.69	0.32	19.56	9.52	1.42	77820.81
23	1.34	11.23	62.64	0.33	18.58	10.01	1.43	77205.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	20	24	24
平 均 值	1.77	10.57	47.11	0.93	18.63	9.43	1.43	76690.04
最 大 值	4.84	12.21	62.64	3.81	19.94	10.97	1.48	85932.71
發生時間	6	1	23	6	6	1		8
最 小 值	0.13	5.37	22.97	0.27	17.10	8.16	1.39	73277.79
發生時間	2	11	7	14	0	12		15
零點偏移(率)	1.34 %	-0.06 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.02	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.31 %	-0.05 %	-0.59 %		-0.15	0.00	0.20 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	83.33 %	100.00 %	100.00 %
備註								