

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月22日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO ₂ _C	#1-H ₂ O	#1-O ₂ _C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	6.83	12.36	49.04	3.35	18.92	10.59	1.21	85184.16
1	7.91	12.81	56.42	2.87	20.48	10.76	1.21	83084.24
2	9.12	12.32	50.56	2.41	19.45	10.28	1.22	87751.58
3	10.04	12.80	52.13	2.05	18.31	10.71	1.21	85930.79
4	7.82	12.10	44.99	2.66	18.80	10.30	1.21	85038.03
5	4.29	11.30	53.34	2.02	18.53	10.57	1.23	85728.22
6	12.19	11.67	59.82	2.58	19.56	10.53	1.23	85902.28
7	7.61	11.77	41.17	2.32	19.58	10.18	1.25	88066.79
8	9.41	11.42	49.36	1.55	17.23	11.14	1.25	82886.31
9	5.69	11.14	52.39	1.10	18.20	10.80	1.22	85622.06
10	2.15	12.21	52.95	1.58	17.06	11.12	1.23	83926.73
11	5.99	11.60	56.43	2.60	18.29	11.11	1.23	82861.09
12	10.07	11.22	51.11	2.12	17.75	10.94	1.24	84098.90
13	10.22	11.49	48.67	2.14	16.59	11.15	1.23	84207.43
14	8.25	11.89	49.59	2.16	16.36	11.35	1.23	82255.60
15	12.87	13.44	54.34	3.10	15.21	11.90	1.24	78107.76
16	6.92	12.12	52.17	1.60	15.79	11.65	1.24	80315.16
17	9.21	11.91	51.56	1.91	16.73	11.46	1.25	80910.86
18	10.35	12.90	50.66	2.13	16.51	11.31	1.25	82195.12
19	8.41	11.92	48.83	1.71	16.03	11.31	1.25	82807.67
20	9.64	11.63	49.65	1.67	17.26	11.26	1.24	82358.99
21	8.75	11.79	49.63	2.06	17.16	11.28	1.24	81920.65
22	10.21	11.52	48.70	2.15	17.31	11.21	1.23	82198.44
23	10.48	11.60	45.10	2.11	17.94	10.80	1.22	85447.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.52	11.96	50.78	2.16	17.71	10.99	1.23	83700.28
最 大 值	12.87	13.44	59.82	3.35	20.48	11.90	1.27	88066.79
發生時間	15	15	6	0	1	15		7
最 小 值	2.15	11.14	41.17	1.10	15.21	10.18	1.18	78107.76
發生時間	10	9	7	9	15	7		15
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.03	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-1.34 %	0.80 %	1.92 %	1.20 %		-0.12	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月22日

報表日期: 115年07月22日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.93	12.58	61.89	2.73	19.83	9.97	1.33	79342.93
1	4.38	12.94	52.66	2.10	21.54	9.80	1.36	78986.08
2	3.17	12.79	49.12	2.42	20.60	9.83	1.36	77113.79
3	3.02	13.02	59.12	2.66	19.90	10.20	1.34	77945.04
4	3.69	12.67	62.02	2.69	19.32	10.26	1.34	80214.67
5	5.93	11.84	59.50	2.74	19.05	10.32	1.34	81070.95
6	6.94	11.47	55.75	2.83	19.89	9.80	1.35	82758.98
7	9.86	11.53	45.74	3.18	20.39	9.46	1.31	81482.99
8	6.00	11.94	42.48	2.56	20.65	8.98	1.31	80661.01
9	8.90	11.26	43.49	2.76	20.17	9.13	1.31	79228.66
10	4.68	11.12	45.11	2.45	19.69	9.21	1.31	79409.22
11	8.58	11.27	48.56	2.13	19.92	9.34	1.28	77541.30
12	4.34	12.14	51.90	1.75	19.38	9.59	1.27	77815.77
13	5.80	11.72	63.47	1.78	18.72	10.22	1.29	78783.76
14	7.29	11.76	59.80	1.83	18.24	10.24	1.31	80282.63
15	9.08	12.19	60.78	2.16	17.32	10.35	1.31	77261.71
16	7.43	12.24	63.42	2.49	17.42	10.37	1.31	78164.04
17	10.56	11.64	61.24	1.99	17.58	10.31	1.27	79077.82
18	6.95	11.69	58.34	1.78	17.51	10.38	1.28	78214.72
19	7.21	11.60	58.98	1.88	18.03	10.12	1.31	78611.55
20	9.68	11.47	56.74	1.95	18.44	9.97	1.30	79225.99
21	5.98	11.34	58.76	1.82	18.66	9.99	1.27	78862.78
22	11.49	11.45	59.93	2.06	19.28	9.64	1.29	82182.15
23	10.81	11.37	56.50	3.15	19.94	9.47	1.31	83638.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.11	11.88	55.64	2.33	19.23	9.87	1.31	79494.87
最 大 值	11.49	13.02	63.47	3.18	21.54	10.38	1.36	83638.30
發生時間	22	3	13	7	1	18		23
最 小 值	3.02	11.12	42.48	1.75	17.32	8.98	1.26	77113.79
發生時間	3	10	8	12	15	8		2
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.08 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.06	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.15 %	0.02 %		0.02	0.04	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								