

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月29日

報表日期: 114年10月29日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月29日

報表日期: 114年10月29日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	2.53	14.09	61.21	0.85	17.31	11.70	0.98	77395.72
1	2.74	14.97	57.13	1.12	18.48	12.31	1.00	71067.96
2	2.68	13.56	60.72	0.35	19.63	11.36	1.00	78630.73
3	2.27	14.41	40.09	0.98	18.54	10.58	0.97	86231.08
4	2.08	13.24	38.72	1.52	17.50	10.79	0.97	84625.90
5	2.21	13.16	42.13	1.05	18.32	10.66	0.97	83838.39
6	2.37	11.94	44.41	0.79	18.92	10.28	0.97	84220.66
7	1.97	12.39	42.49	1.21	18.13	10.51	0.97	85327.21
8	1.94	12.94	48.77	1.25	17.97	10.57	0.97	85930.63
9	1.87	12.46	48.68	1.39	17.21	10.76	0.98	85292.69
10	2.03	13.72	49.27	1.07	17.59	10.74	1.01	84473.92
11	1.89	13.09	55.36	1.19	16.88	10.95	0.99	83632.41
12	3.91	13.10	60.01	1.41	17.07	10.87	0.99	84355.41
13	2.70	12.40	48.02	0.87	17.28	10.77	0.98	84574.26
14	11.96	14.26	53.91	2.05	17.29	10.90	0.98	85242.52
15	6.68	12.79	55.55	1.09	17.36	10.84	0.98	84718.31
16	7.33	12.89	45.25	1.36	17.27	10.59	0.99	85449.15
17	2.17	13.03	41.21	0.88	17.73	10.50	0.99	85759.39
18	1.56	12.46	46.69	0.82	17.38	10.63	0.99	85190.19
19	1.66	12.52	38.34	0.97	18.09	10.37	0.99	85839.15
20	1.55	12.22	46.40	1.11	17.91	10.40	0.99	87320.95
21	1.99	12.83	46.24	1.12	16.88	10.65	0.99	84988.61
22	2.55	13.18	44.13	0.87	18.02	10.38	0.99	86120.06
23	3.37	13.63	52.08	0.74	18.40	10.21	1.00	88261.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.08	13.14	48.62	1.09	17.80	10.76	0.98	84103.63
最 大 值	11.96	14.97	61.21	2.05	19.63	12.31	1.04	88261.77
發生時間	14	1	0	14	2	1		23
最 小 值	1.55	11.94	38.34	0.35	16.88	10.21	0.95	71067.96
發生時間	20	6	19	2	11	23		1
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.14 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.01	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.65 %	1.02 %	-0.19 %	1.16 %		-0.15	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月29日

[illegible]