

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年08月27日

報表日期: 114年08月27日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	0.11	8.11	62.69	3.68	16.87	9.77	1.39	78212.89
1	0.02	8.44	60.52	3.83	18.80	9.33	1.38	79963.29
2	0.04	8.63	58.05	3.75	15.96	9.88	1.40	75189.91
3	0.03	10.98	56.47	4.27	15.10	9.77	1.41	78190.15
4	0.44	9.86	62.76	4.40	14.51	10.38	1.41	74476.30
5	2.46	8.39	61.65	4.34	15.09	10.18	1.41	75881.94
6	1.26	8.30	58.99	3.92	15.37	10.13	1.40	73907.75
7	0.08	8.90	59.61	3.93	14.27	10.11	1.40	75472.46
8	0.47	8.41	57.43	4.00	14.88	10.16	1.44	76758.13
9	0.21	7.72	55.49	3.97	14.81	10.13	1.40	74529.63
10	0.31	7.36	57.59	3.89	14.69	10.01	1.40	74750.70
11	3.13	7.92	55.68	3.67	15.25	9.74	1.42	74743.43
12	3.08	8.22	55.24	3.77	14.66	9.65	1.43	74003.85
13	4.85	9.67	56.71	2.89	14.13	10.07	1.43	70733.26
14	13.15	10.84	61.00	2.94	15.32	9.74	1.41	74740.70
15	12.00	10.77	61.36	2.77	13.15	10.60	1.41	71527.11
16	9.83	7.44	65.72	2.11	16.98	9.54	1.43	78210.57
17	8.95	8.86	63.74	1.91	17.80	9.79	1.43	79138.49
18	6.34	7.66	54.81	1.86	17.16	10.40	1.42	77759.81
19	7.09	10.29	51.90	3.60	16.82	9.21	1.42	79448.80
20	4.32	10.68	45.26	3.45	18.02	8.59	1.43	75009.56
21	4.02	9.91	46.75	2.46	16.01	8.47	1.43	70956.28
22	5.54	9.27	60.97	2.12	14.75	9.61	1.43	69413.08
23	7.94	10.42	56.00	2.82	14.13	9.78	1.42	73876.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.99	9.04	57.77	3.35	15.61	9.79	1.41	75287.27
最 大 值	13.15	10.98	65.72	4.40	18.80	10.60	1.47	79963.29
發生時間	14	3	16	4	1	15		1
最 小 值	0.02	7.36	45.26	1.86	13.15	8.47	1.37	69413.08
發生時間	1	10	20	18	15	21		22
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.10 %	-0.01 %		-0.05		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.35 %	-0.17 %	0.02 %		0.19		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								