

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月11日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月11日

報表日期: 114年03月11日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.07	2.96	64.44	0.54	17.09	10.82	1.53	81047.66
1	9.63	3.23	64.83	0.51	19.13	10.46	1.53	81723.85
2	7.86	5.98	52.83	0.86	17.58	10.57	1.52	81492.89
3	9.34	2.13	52.16	0.85	16.37	10.79	1.52	79834.04
4	8.21	2.01	56.39	0.88	15.99	11.05	1.52	79435.63
5	8.30	2.77	56.09	0.88	15.90	11.09	1.52	78662.04
6	11.48	4.55	52.80	1.20	16.15	10.84	1.52	79205.22
7	5.63	2.17	58.78	0.46	17.35	10.74	1.52	82344.72
8	3.80	2.51	57.65	0.63	16.03	11.10	1.53	80096.82
9	8.34	1.84	68.46	0.96	16.41	11.40	1.52	77082.92
10	10.32	4.15	61.17	0.68	18.32	10.52	1.53	82205.45
11	9.09	4.63	58.38	1.18	15.66	11.26	1.52	78355.37
12	13.27	10.24	58.57	1.99	14.84	11.42	1.52	78487.84
13	4.11	7.52	58.98	1.37	14.43	11.66	1.52	76649.22
14	10.05	8.38	59.86	1.41	15.30	11.56	1.52	76572.14
15	9.72	5.31	62.33	1.11	15.46	11.50	1.51	76328.38
16	7.67	2.30	54.33	0.86	16.25	10.85	1.52	79255.48
17	4.76	4.83	51.90	0.69	16.12	10.90	1.49	78315.93
18	7.76	1.61	51.96	0.78	15.78	10.97	1.50	76884.62
19	6.58	4.82	50.87	0.73	16.46	10.79	1.51	78679.02
20	11.97	6.41	49.14	0.82	16.78	10.57	1.51	79561.79
21	8.64	5.57	51.91	1.22	15.30	11.24	1.52	77125.38
22	8.11	1.82	61.35	1.10	15.20	11.56	1.52	76286.90
23	11.91	3.08	57.35	0.81	16.69	10.90	1.52	77502.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.44	4.20	57.19	0.94	16.27	11.02	1.52	78880.67
最 大 值	13.27	10.24	68.46	1.99	19.13	11.66	1.58	82344.72
發生時間	12	12	9	12	1	13		7
最 小 值	3.80	1.61	49.14	0.46	14.43	10.46	1.48	76286.90
發生時間	8	18	20	7	13	1		22
零點偏移(率)	-0.13 %	0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.14		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.59 %	0.07 %	0.16 %		-0.32		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								