

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月30日

報表日期: 114年10月30日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.44	12.38	56.70	2.86	14.84	12.07	1.23	71689.79
1	12.08	12.48	57.60	1.85	15.83	12.02	1.25	71743.65
2	12.22	12.07	52.72	1.96	15.29	11.73	1.24	74493.62
3	11.55	13.11	50.85	3.47	14.60	12.01	1.22	71989.16
4	8.84	13.79	57.59	3.62	15.38	12.07	1.23	71239.09
5	8.51	14.35	65.80	2.46	15.71	12.54	1.21	69022.22
6	11.79	12.47	55.02	3.13	15.00	12.11	1.21	70759.23
7	15.16	12.48	45.36	3.31	16.25	11.59	1.20	73309.51
8	10.14	12.16	58.95	1.66	16.68	11.63	1.18	73285.92
9	14.20	12.26	44.15	2.46	14.90	11.96	1.18	71681.32
10	9.98	12.42	42.47	1.90	15.25	12.01	1.20	71284.22
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.18	保養
15	2.49	13.75	57.84	3.19	16.05	12.19	1.18	68012.90
16	8.74	12.95	46.54	3.48	16.76	11.21	1.18	75018.58
17	8.39	12.99	54.71	3.67	15.70	11.52	1.18	72690.57
18	12.69	12.91	59.90	2.97	17.24	11.24	1.18	74513.57
19	11.09	12.91	54.09	3.84	16.18	11.42	1.18	73831.19
20	11.01	13.67	66.79	3.12	16.76	11.82	1.19	70655.04
21	12.87	12.76	50.40	2.67	18.42	10.98	1.18	76145.24
22	13.09	12.27	42.50	2.92	18.68	10.52	1.17	78472.94
23	11.72	12.10	61.41	2.93	18.93	10.81	1.18	76156.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平 均 值	10.95	12.81	54.07	2.87	16.22	11.67	1.20	72799.73
最 大 值	15.16	14.35	66.79	3.84	18.93	12.54	1.25	78472.94
發生時間	7	5	20	19	23	5		22
最 小 值	2.49	12.07	42.47	1.66	14.60	10.52	1.16	68012.90
發生時間	15	2	10	8	3	22		15
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.02 %		0.00	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.38 %	-0.04 %	0.00 %		0.05	-0.06	0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月30日

報表日期: 114年10月30日

[illegible]